NETMEDICAL	FICHA TÉCNICA	Emitido: Agosto de 2025

Cânula Nasal Soft NetBreathe

Descrição	Referência
Cânula Nasal Soft NetBreathe Neonatal tubo 2,10m conector padrão	PA160201
Cânula Nasal Soft NetBreathe Neonatal P tubo 2,10m conector padrão	PA160202
Cânula Nasal Soft NetBreathe Pediátrico tubo 2,10m conector padrão	PA160203
Cânula Nasal Soft NetBreathe Adulto tubo 2,10m conector padrão	PA160204
Cânula Nasal Soft NetBreathe Neonatal tubo 2,10m conector universal	PA1602C01
Cânula Nasal Soft NetBreathe Neonatal P tubo 2,10m conector universal	PA1602C02
Cânula Nasal Soft NetBreathe Pediátrico tubo 2,10m conector universal	PA1602C03
Cânula Nasal Soft NetBreathe Adulto tubo 2,10m conector universal	PA1602C04

Descrição e Indicação:

A Cânula Nasal Soft NetBreathe é um dispositivo médico não estéril usado no fornecimento suplementar de oxigênio de pacientes adultos e pediátricos que necessitam de terapia respiratória com baixo fluxo de oxigênio. Sua composição consiste em prongues nasais, tubo de oxigênio e conectores de PVC. De uso simples, não impede atividades diárias como fala e alimentação. Para garantir o conforto e a correta utilização, os prongues nasais devem ser gentilmente posicionados nas narinas para que forneça o oxigênio enquanto a outra extremidade do tubo deverá se conectar a uma fonte de oxigênio.

Advertências:

1. Produto de uso único;
2. Não utilize em caso de danos na embalagem;
3. Armazene em local fresco e seco;
4. Garanta a segurança de todas as conexões.

Contraindicações:

1. Produto não deve ser usado por pacientes com trauma facial ou alergia a PVC;
2. Produto não deve ser submetido a reprocessamento.

Imagens:

NETMEDICAL	FICHA TÉCNICA	Emitido: Agosto de 2025

Componentes do Produto



1. Prongues nasais
2. Tubo de oxigênio
3. Tubo de entrada de oxigênio
4. Adaptador
5. Anel deslizante
6. Conector de oxigênio

Composição:

Nome da Peça	Material
Prongues nasais	PVC
Tubo de oxigênio	PVC
Tubo de entrada de oxigênio	PVC
Adaptador	PVC
Anel deslizante	PVC
Conector de oxigênio	PVC

Instruções de Uso:

1. Conecte o tubo à fonte de oxigênio.
2. Ajuste o fluxo de oxigênio.
3. Verifique se o oxigênio está fluindo pelo dispositivo.
4. Insira os prongues nasais nas narinas do paciente, passando os tubos sobre as orelhas e sob o queixo.
5. Ajuste o anel deslizante para fixar a cânula.

NETMEDICAL	**FICHA TÉCNICA**	Emitido: Agosto de 2025

Detentor do Registro no Brasil Net Medical Comércio de Correlatos Médicos e Hospitalares Ltda
CNPJ 25.390.019/0001-12
Av. Fagundes Filho, 191 Conj. 21 São Paulo – SP CEP 04340-010
Telefone: (11) 4118-4045
Responsável Técnica: Dra. Marcela Vicentini Cardoso – Coren 233.085

Registro Anvisa:
Embalagem Unitária
Prazo de Validade: 5 anos
Reprocessamento PROIBIDO
Produto não estéril

Fabricante: Hangzhou Formed Medical Devices Co., Ltd. - Prédio 3, Nº 292 Gonghe North Road, Cidade de Xindeng, Distrito de Fuyang, 311404, Hangzhou, China.