NETMEDICAL	FICHA TÉCNICA	Emitido: Novembro 2024

Conector Valvulado NetValve

Descrição: Conector Valvulado NetValve sem agulha Luer Lock	**Código:** NFC001

Descrição e Indicação:

O conector valvulado NetValve sem agulha é um conector estéril para uso em um único paciente para acesso sem agulha à linha intravenosa e/ou cateter intravenoso durante a terapia intravenosa. Pode ser utilizado para injeção direta, infusão intermitente, infusão contínua ou aspiração. O dispositivo é um conector sem agulha que pode ser ativado por um luer macho.

Especificações técnicas

- Volume residual: 0,1mL
- Taxa de fluxo na gravidade: 100mL/minuto

Compatibilidade sanguínea: Sim

Compatibilidade com ressonância magnética: Sim

- O dispositivo mantém sob uma pressão interna de 325 psi no estado ativado por 30 minutos
- Deslocamento neutro
- Compatível com quimioterápicos
- Média de até 200 ativações

Advertências:

- Aperte totalmente todas as conexões antes de usar. A conexão inadequada pode causar queda acidental, o que pode causar perda de sangue e colocar a saúde em risco. Espera-se que o dispositivo seja conectado a uma porta luer lock fêmea padrão.
- Não perfure o dispositivo com agulha.
- Verifique a integridade de cada recipiente primário antes de usar.
- Não use se a embalagem tiver sido previamente aberta ou danificada.
- O prazo de validade é de 5 anos, não utilize após o prazo de validade.
- O dispositivo é de uso único, a reutilização pode causar infecção ou outras doenças/lesões.
- Ao conectar com linha IV ou cateter IV, certifique-se de que a conexão esteja firme.

Imagens:

Sunrise

NETMEDICAL	**FICHA TÉCNICA**	Emitido: Novembro 2024

Composição:

1	Válvula	Silicone
2	Corpo	PVC



Instruções de Uso:

1. Utilizando forma asséptica retire o dispositivo da embalagem, não use o dispositivo se a embalagem estiver aberta ou danificada;
2. Segure o conector sem agulha, insira o Luer fêmea;
3.Realize o priming com 5ml de solução salina estéril até que não haja mais bolhas. Se não for possível limpar, recomenda-se a substituição;
4. Desinfete a superfície da porta do conector sem agulha com anti-séptico ;
5. O dispositivo usado deve ser descartado em um recipiente para lixo médico.

Instruções para desinfetar porta sem agulha

1. O anti-séptico isopropanol a 70% foi confirmado como adequado;
3.Limpar 3 vezes no sentido horário e 3 vezes no sentido anti-horário ao redor da superfície da porta com o curativo com desinfetante. Secagem ao ar após desinfecção.

Registro Anvisa: 81760459003
Embalagem Unitária, caixa 100unid.
Prazo de Validade: 5 anos

Reprocessamento PROIBIDO
Produto Estéril: Óxido Etileno

Fabricante: Zibo Sunrise Medical Co., Ltd Rm.1407, Runde Bldg, No.6, Xinhuan Road, Zibo, Shandong, China

Detentor do Registro no Brasil Net Medical Comércio de Correlatos Médicos e Hospitalares Ltda CNPJ 25.390.019/0001-12 Av. Fagundes Filho, 191 Conj. 21 São Paulo – SP CEP 04340-010 Telefone: (11) 4118-4045
Responsável Técnica: *Dra. Marcela Vicentini Cardoso – Coren: 233.085*