NETMEDICAL	FICHA TÉCNICA	Emitido: Agosto de 2025

Máscara Não Reinalação NetBreathe

Descrição	Código
Máscara de Não Reinalação NetBreathe P, Pediátrico, 1000ml	PA1701
Máscara de Não Reinalação NetBreathe M, Pediátrico alongado, 1000ml	PA1702
Máscara de Não Reinalação NetBreathe G, Adulto, 1000ml	PA1703
Máscara de Não Reinalação NetBreathe XG, Adulto alongado, 1000ml	PA1704

Descrição e Indicação:

A Máscara de Não Reinalação NetBreathe é um dispositivo não estéril disponível em tamanhos do adulto ao pediátrico, utilizada para auxiliar pacientes que necessitam de oxigenoterapia de curto prazo, permite a admissão de concentrações mais elevadas de oxigênio.

O dispositivo consiste em uma máscara que cobre o nariz e a boca do paciente fixada por um cordão elástico em volta da cabeça, seu saco reservatório de 1000ml acoplado se conecta a um sistema externo de fornecimento de oxigênio, desse modo o ar exalado é direcionado através de uma válvula unidirecional na máscara impedindo a inalação de ar ambiente e a reinalação de ar exalado. A válvula em conjunto com a boa vedação em volta do nariz e da boca do paciente, permitem a administração de altas concentrações de oxigênio, equivalendo a aproximadamente 60% - 80% de O2.

Nota: Para segurança, em caso de falha no fornecimento de oxigênio uma das duas válvulas unidirecionais deve ser removida de maneira a permitir a inalação de ar exterior em grau significativo impedindo a asfixia do paciente.

Advertências:

1. Dispositivo de uso único, reprocessamento proibido.
2. Não utilize se a embalagem estiver aberta ou danificada.
3. O produto não deve ser exposto em temperaturas ou humidade extremas.
4. Armazene em local fresco e seco.
5. Certifique-se de que todas as conexões estão seguras e o ar circula livremente através do tubo.

Contraindicações:

1. Este dispositivo não pode ser utilizado em pacientes com trauma facial e alergia ao PVC.
2. O produto é proibido para uso se a embalagem individual estiver danificada.
3. A reutilização é proibida

NETMEDICAL	FICHA TÉCNICA	Emitido: Agosto de 2025

Imagens:



1. Máscara de Oxigênio
2. Clipe
3. Válvula (Wafer)
4. Fita Elástica
5. Válvula (Wafer)
6. Conector do Saco
7. Fita Adesiva
8. Saco Reservatório
9. Conector do Tubo
10. Tubo de Oxigênio
11. Conector de Oxigênio

NETMEDICAL	**FICHA TÉCNICA**	Emitido: Agosto de 2025

Composição:

Nome da Peça	Material
Máscara de Oxigênio	PVC
Clipe	Liga de Alumínio
Válvula (Wafer)	Silicone
Fita Elástica	Fibra de PU
Válvula (Wafer)	Silicone
Conector do Saco	ABS
Fita Adesiva	LDPE
Saco Reservatório	PVC
Conector do Tubo	PVC

Instruções de Uso:

1. Conecte o tubo de fornecimento à fonte de oxigênio.
2. Ajuste fluxo de oxigênio.
3. Verifique o fluxo através do dispositivo.
4. Verifique se as válvulas estão funcionando corretamente. A válvula entre a máscara e o reservatório deve subir na inspiração e descer na expiração. As válvulas localizadas na superfície externa da máscara devem abrir durante a expiração.
5. Coloque a máscara no rosto do paciente e ajuste a fita elástica até que esteja segura. Molde a clipe de metal na máscara para um melhor ajuste ao rosto.

Detentor do Registro no Brasil Net Medical Comércio de Correlatos Médicos e Hospitalares Ltda
CNPJ 25.390.019/0001-12 Av. Fagundes Filho, 191 Conj. 21 São Paulo – SP CEP 04340-010
Telefone: (11) 4118-4045
Responsável Técnica: Dra. Marcela Vicentini Cardoso – Coren 233.085

Registro Anvisa:
Reprocessamento proibido
Embalagem Unitária
Produto não estéril

Prazo de Validade: 5 anos
Fabricante: Hangzhou Formed Medical Devices Co., Ltd. Edifício 3, Nº 292 Gonghe North Road, Cidade de Xindeng, Distrito de Fuyang, 311404, Hangzhou, China.